



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCERTAMENTI ISPETTIVI  
IN AMBULATORI ODONTOIATRICI  
(Spresal)**

Data sopralluogo \_\_\_\_\_

Struttura \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

**Personale presente al momento del sopralluogo:**

Per la struttura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento di Prevenzione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Incarichi di responsabilità**

<i>Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Incarico formalizzato</i>
<i>Datore di lavoro/Esercente</i>		
Responsabile Sanitario		
Responsabile impianto radiologico		
Esperto Qualificato/Esperto in Fisica Medica		

## Dettaglio delle Apparecchiature Radiologiche presenti in reparto:

Marca/Modello	Matricola	Sala N°	Tensione [kV]	Intensità di corrente mA

Elenco dei Locali e/o Zone classificate:

Zona Sorvegliata ( destinazione d'uso): \_\_\_\_\_

Zona Controllata (delimitazione ed identificazione): \_\_\_\_\_

Zona Non Classificata (Locali e aree limitrofe) \_\_\_\_\_

Note Generali: \_\_\_\_\_

## Documentazione

### Norme di Sicurezza e Protezione

	SI	NO	Verifica - Note
Norme interne di radioprotezione a cura dell'EQ e DDL			
Cartellonistica di restrizione di accesso			
“ rischio RI			

### Documentazione relativa alla Sorveglianza FISICA della Protezione dalle RI- a cura dell'Esperto Qualificato

	SI	NO	Verifica - Note
Comunicazione preventiva di pratica radiologica			
Registro di Sorveglianza Fisica (a cura dell'E.Q.)			
descrizione della pratica radiologica			
descrizione del sito di installazione e dei singoli ambienti			
elenco – aggiornato – delle apparecchiature radiologiche			
modalità di valutazione delle dosi individuali			

benessere all'uso della pratica radiologica			
esiti della sorveglianza fisica ambientale			
esiti della sorveglianza fisica dei lavoratori			
esito - verifica periodica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione			
eventuali copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive			
- modalità previste per la dismissione della pratica radiologica			
capitolo del DOVRI per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti (ai sensi D.Lgs. 81/08)			
Periodicità della sorveglianza fisica (specificare)			

Formazione ed Informazione del personale – (modalità e periodicità)			
Comunicazione delle dosi al medico competente/autorizzato (ove previsto)			

Documentazione - a cura del Medico Competente/Autorizzato			
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Verifica - Note</i>
Documento sanitario personale DOSP			
Modalità di conservazione dei referti radiologici			
Comunicazione delle idoneità al datore di lavoro			

Verifica dei requisiti di radioprotezione del sito e dei lavoratori (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)			
<b>Capo V – Regime Giuridico – Comunicazioni Preventive</b>			
Sono state effettuate le comunicazioni preventive di pratiche? (art. 22 – art. 24)	SI	NO	Sanzione art 136 comma 1 (ammenda da euro 516 a euro 2582 per il DdL)
Le comunicazioni sono conformi all'all. VII comma 3?	SI	NO	Sanzione art 136 comma 1 (ammenda da euro 516 a euro 2582 per il DdL)
<b>Capo VIII - SORVEGLIANZA FISICA (per le prescrizioni si applica il D.Lgs. 758/94)</b>			
E' effettuata la sorveglianza fisica – (art. 75)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032 per il datore di lavoro) [da 1549 a 4131]
E' presente l'atto di nomina dell'E.Q. – (Art. 77 comma 1)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032 per il datore di lavoro) [da 1549 a 4131]
E' presente la comunicazione della nomina dell'EQ all'Ispettorato Provinciale del lavoro – (Art. 77 comma 2)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032 per il datore di lavoro) [da 1549 a 4131]
Sono effettuate le valutazioni di radioprotezione a cura dell'E.Q.? - art. 79	SI	NO	Sanzione art 139 comma 4 lett. b) (ammenda di € 387 per l'EQ) [da 258 a 1549]
Sono effettuate le comunicazioni al datore di lavoro a cura dell'EQ? – (art. 80)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 4 lett. b) (ammenda di € 387 per l'EQ) [da 258 a 1549]
E' presente il registro di sorveglianza fisica – (Art. 81)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 4 lett. b) (ammenda di € 387 per l'EQ) [da 258 a 1549]
Il registro è conforme all'allegato XI commi 4 e 5?	SI	NO	Sanzione art 139 comma 4 lett. b) (ammenda di € 387 per l'EQ) [da 258 a 1549]
Eventuali carenze del registro - allegato XI par 4-5 D.Lgs 230/95-241/00 (indicare se mancanti o non corrispondenti)			
<p>fogli legati e numerati progressivamente con indicazione del datore di lavoro, sede legale ed operativa, estremi o copia di eventuali atti autorizzativi in possesso planimetria o descrizione ambienti ed indicazione della classificazioni delle zone elenco aggiornato delle sorgenti RX con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali esiti della prima verifica con riferimento al relativo benessere (art. 79 comma 1 lettera b) modalità e periodicità delle valutazioni delle dosi individuali per i lavoratori modalità e periodicità delle valutazioni delle dosi individuali per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione esiti e periodicità della sorveglianza fisica di radioprotezione esiti e periodicità della sorveglianza ambientale nelle zone classificate</p>			

esiti della verifica di buon funzionamento della strumentazione di misura utilizzata copia della relazione di cui all'art 61 comma 2 (valutazione dei rischi) copia delle eventuali prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive			
Nel caso siano stati classificati lavoratori esposti (cat A e/o Cat B) sono presenti ed aggiornate le schede dosimetriche individuali?	SI	NO	Sanzione art.139 comma 3 lett. b) (ammenda di € 387) [da euro 258 a euro 1549]
Sono state individuate, delimitate, segnalate una o più zone classificate e l'accesso è adeguatamente regolamentato?	SI	NO	Sanzione art.139 comma 2 lett. a) (ammenda di € 129) [da euro 154 a euro 516]
Il datore di lavoro ha acquisito dall'e.q. prima dell'inizio dell'attività la relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione?	SI	NO	Sanzione art.139 comma 1 lett. b) (ammenda di € 645) [da euro 516 a euro 2582]
Il tubo Rx è indicato dal contrassegno internazionale delle RI ? (art. 61 c.3 lettera g)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 2 lett. a) (ammenda di € 129) [da euro 154 a euro 516]
E' stato espletato il programma di FORMAZIONE dei lavoratori ai sensi dell'art 61, comma 3 lettera e) (ovvero esiste una documentazione comprovante ciò?)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) [da euro 1549 a euro 4131 per il datore di lavoro] art.139 c.2 lett.a) (ammenda di € 129) (da euro 154 a euro 516 per il preposto)
L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori (semestrale cat. A- annuale cat. B) (art 79 c. 6)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 4 lett. b) (ammenda di € 387) (da euro 258 a euro 1549)
Sono esposte le norme interne di radioprotezione per i lavoratori? (art 61 c. 3 lettera c)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131 per il datore di lavoro) art. 139 c. 2 lett. a) (ammenda di € 129) (da euro 154 a euro 516 per il preposto)
Sono disponibili i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione per i lavoratori? (art 61 c. 3 lettera d)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131 per il datore di lavoro) art.139 c.2 lett.a) (ammenda di € 129) (da euro 154 a euro 516 per il preposto)
In caso affermativo quali ? ..... .....			
I lavoratori osservano le disposizioni impartite ai fini della protezione individuale (uso corretto dei DPI forniti) e collettiva e della sicurezza? (art 68 c1 lettera b)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 3 (ammenda di € 103)

			(da euro 103 a euro 413)
I lavoratori e il personale di intervento sono stati preventivamente resi edotti delle modalità operative in caso di esposizione di emergenza?	SI	NO	Sanzione art 139 comma 2 lett. a) (ammenda di € 129) (da euro 154 a euro 516)
E' stata effettuata la visita preventiva dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti? (art 84 c. 1-2)	SI	NO	Sanzione art.139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131 )
I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno annuale (se di cat B) ed almeno semestrale (se di cat A) o a sorveglianza sanitaria straordinaria se richiesta? (art 83 c. 1-2; art 85 c. 1-5; art .87 c. 1-2)	SI	NO	Sanzione art. 139 c.1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131)
E' presente l'atto di nomina del M.A.(obbligo solo per esposti di cat. A) – (Art. 87 c. 1)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131 per il datore di lavoro)
E' presente la comunicazione della nomina del M.A. all'Ispettorato Provinciale del lavoro – (Art. 87 c. 2)	SI	NO	Sanzione art 139 comma 1 lett. a) (ammenda di € 1032) (da euro 1549 a euro 4131 per il datore di lavoro)

## Verifica dei requisiti D.Lgs. 81/2008

1. Norme generali di prevenzione			Sanzioni	
			NOTE	AMMENDA
E' stato nominato dal datore di lavoro(ddl) il RSPP? <i>Art.17 c.1 lett.b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
Se è il ddl, svolge direttamente tale funzione e ha frequentato il corso di formazione?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
E' presente il documento/autocertificazione che contempli tutti i rischi presenti nell'attività? <i>Art. 17 comma 1a</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>Arresto da 4 a 8 mesi</i>	
La valutazione è stata fatta in collaborazione con RSPP e M.C. nei casi previsti dall'art. 41? <i>Art. 29 comma 1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>Sanzione Amministrativa</i>	<i>Da 2000 a 4000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3</i>
E' redatto secondo le modalità di cui all'art 29 c.2,3?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 2000 a 4000 euro</i>
E' stato nominato il Medico Competente? <i>Art.18 c.1 lett a)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 1.500 a 6.000 euro ¼ 1.500 euro</i>
Sono state prese idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori? <i>Art. 46 c.2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
Sono stati designati i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze ( Antincendio – primo soccorso)? <i>Art.18 c.1 lett. b – Art. 43 c.1 lett. b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 750 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro</i>
Sono state presi i necessari provvedimenti in materia di primo soccorso? <i>Art. 45 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 750 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro</i>
I lavoratori addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso sono stati opportunamente formati? <i>Art. 37 c.9</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
I lavoratori sono stati informati? <i>Art. 36 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
I lavoratori sono stati formati e se del caso addestrati? <i>Art. 37 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA

Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali)? (Obbligatorio in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione) <i>art.26 c.3</i>				<i>Da 1.500 a 6.000 euro ¼ 1.500 euro</i>
E' stato nominato dai lavoratori il RLS ?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
Da parte del ddl sono stati ottemperati gli obblighi di verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'attività? <i>Art. 26 c.1 lett. a)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
<b>2. Luoghi di lavoro</b>				
I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV ? <i>Art. 64</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
Le vie di circolazione interne o esterne che conducono ad uscite di emergenza sono mantenute libere allo scopo di consentirne l'uso agevole? <i>Art. 64 c. lett.b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare manutenzione tecnica ? <i>Art. 64 c.1 lett.c)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengono sottoposti a regolare pulizia? <i>Art 64 c.1 lett. d)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento? <i>Art 64 c.1 lett. e)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
Sono destinati al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei? <i>Art. 65 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>
Nel caso di utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei il ddl ha provveduto ad assicurare idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima? <i>Art. 65 c.2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro</i>

<b>3. Attrezzature di lavoro</b>				
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? <i>Art. 71 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
Il ddl ha preso misure in modo che le attrezzature	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>

fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione, provviste di istruzioni d'uso e libretto di manutenzione? <b>Art. 71 c.4</b>				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? <b>art 71 c.1 comb. e disp.art.80 c.1,2,3 e art 81 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Vedi T.U.</b>
L'impianto elettrico è stato sottoposto periodicamente a controllo secondo quanto previsto dal pr 462/01 e 37/08? <b>art 71 c.1 comb. e disp.art.86 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
			<b>Da 500 a 1.800 euro</b> <b>600 euro</b>	
L'esito delle verifiche è a disposizione dell'autorità di vigilanza? <b>art 86 c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	
			<b>Da 500 a 1.800 euro</b> <b>600 euro</b>	
<b>4. Segnaletica di sicurezza</b>				
Il ddl ha provveduto ad installare idonea e specifica segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli All. da XXIV a XXXII? <b>art 163</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>
<b>5. Movimentazione manuale dei carichi</b>				
Il ddl in presenza del rischio da MMC ha rispettato tutti gli obblighi previsti? <b>art 168 c.1, c.2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>
<b>6. Videoterminali</b>				
Il datore di lavoro ha provveduto ad adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla effettuata valutazione nonché ha provveduto ad organizzare e predisporre posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'all.XXXIV? <b>art 174 c.2, c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>art 176 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>art 177 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 750 a 4000 euro</b> <b>¼ 1.000 euro</b>
<b>7. Rumore e vibrazioni</b>				
Il datore di lavoro ha provveduto a valutare l'esposizione dei lavoratori al rischio rumore durante il lavoro? <b>art 190 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Da 2.500 a 6.400 euro</b> <b>¼ 1.600 euro</b>

I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>art 196</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>Art. 195</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
E' stato elaborato ed applicato un programma di misure tecniche organizzative e procedurali volte a ridurre l'esposizione a rumore qualora risulti il superamento dei valori inferiori di azione? <b>Art. 192 c.2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
E' stata effettuata la valutazione del rischi vibrazioni garantendo il preciso rispetto degli obblighi derivati? <b>Art. 202 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>Art. 204 (si rimanda all'art.18 c.1 lett. g)</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<b>Sanzione Amministrativa</b> Da 2.000 a 4.000 euro
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>Art. 203</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
<b>8. Sostanze pericolose</b>				
Il ddl ha valutato preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi? <b>Art. 223 c.1, c.2, c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
Sono state adottate misure specifiche di protezione e prevenzione? <b>Art. 225</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
			<b>D.d.L.</b>	Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
			<b>Preposto</b>	Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro
Il ddl ha valutato l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni? <b>Art. 236 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
Sono state adottate le misure preventive e protettive? <b>Art. 236 c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
			<b>D.d.L.</b>	Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
			<b>Preposto</b>	Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro
Sono state adottate misure tecniche organizzative e	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>

procedurali? <i>Art. 237</i>				<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>
I lavoratori sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MMC? <i>Art. 242</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>
				<i>Da 400 a 1.600 euro</i> <i>¼ 400 euro</i>
I lavoratori sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <i>Art. 239 c.2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.000 a 4.000 euro</i> <i>¼ 1.000 euro</i>
				<i>Da 250 a 1.000 euro</i> <i>¼ 250 euro</i>
<b>9. Agenti biologici</b>				
E' stato comunicato all'organismo di vigilanza territoriale l'esercizio di attività che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3? <i>Art. 269 c. 1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 800 a 2.000 euro</i> <i>¼ 500 euro</i>
Sono state adottate misure tecniche organizzative e procedurali per gli agenti biologici? <i>Art. 272</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
			<b>D.d.L.</b>	<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>
			<b>Preposto</b>	<i>Da 400 a 1.600 euro</i> <i>¼ 400 euro</i>
I lavoratori sono stati opportunamente formati? <i>Art. 278 c. 2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MC? <i>Art. 279 c. 2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>
Il ddl ha provveduto ad iscrivere sul registro degli esposti i lavoratori addetti all'uso di agenti del gruppo 3 e 4. <i>Art. 280 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro</i> <i>¼ 1.600 euro</i>

**Documentazione da richiedere:**

- Documento di valutazione del rischio o autocertificazione
- Planimetria a corredo delle comunicazioni suddette
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio
- Registro infortuni
- Designazione rspp
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di rspp
- Nomina del medico competente
- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
- Registro delle visite mediche (elenco lav. sottoposti dal M.C. a sorv. sanitaria)
- Cartelle sanitarie personali
- Designazione addetti alla lotta antincendi, gestione incendi, ed evacuazione
- Designazione addetti alla gestione del pronto soccorso
- Attestati avvenuta formazione alla gestione del primo soccorso
- Attestati avvenuta formazione degli addetti alla gestione di emergenza, gestione incendi ed evacuazione
- Procedure operative di sicurezza per i lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta
- Piano di gestione dell'emergenza
- Ricevuta di consegna dei D.P.I, firmate dai lavoratori riportanti la tipologia
- Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta di comunicazione all'ISPESL
- Progetto dell'impianto elettrico se obbligatorio
- Verbale di verifiche periodiche degli impianti elettrici
- Attestazione di interventi manutentivi su macchine impianti e attrezzature
- Libretto d'uso e manutenzione di macchine e attrezzature
- Verbale di avvenuta formazione e/o istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
- Organigramma aziendale ed eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro
- Altro.....
- .....

Osservazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Gli Operatori**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_