



**BOZZA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER ACCERTAMENTI  
ISPETTIVI IN REPARTI DI MEDICINA NUCLEARE**

**ASL RM H**

in collaborazione con ISPESL, Settore per le Verifiche autorizzative ed ispettive  
nelle R.I. ed in R. M. (d.c. 6/4/09, G.U. 102 del 5/5/09)

Data sopralluogo \_\_\_\_\_

Struttura \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

**Personale presente al momento del sopralluogo:**

Per la struttura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento di Prevenzione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numero di pazienti consentito all'interno del reparto (tra attesa fredda e attesa calda) : \_\_\_\_\_

<b>Radioisotopi utilizzati</b>								
<b>Max Attività/giorno</b> [ /gg]								
<b>Attività/anno</b> [ /anno]								

**Esito della valutazione del rischio radiologico ambientale nell'intorno della installazione:**

\_\_\_\_\_

**Elenco dei Locali e/o Zone classificate come Zona Controllata, Zona Sorvegliata o Zona Non Classificata:**

*Zona Sorvegliata* (cartellonistica di rischio): \_\_\_\_\_

*Zona Controllata* (sistema di blocco automatico porte, dosimetria): \_\_\_\_\_

*Zona Non Classificata:* \_\_\_\_\_

**Note Generali:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

N.B.: In caso si rendesse necessario sollevare eccezioni si barri la voce corrispondente da inserire nella *Relazione* [R]

I - Accesso al reparto - Operatori

	SI	NO	Verifica	R	N°
<b>Accesso regolamentato</b>					
- Tastierino Numerico - Serratura - altro					
Eventuali accessi secondari (n°:____)					
<b>Cartellonistica</b> restrizione d'accesso					
" rischio RI					

Ia - Percorso Operatori

	SI	NO	Verifica	R	N°
<b>Spogliatoio</b> (dentro o fuori il reparto)					
" distinzione uomo/donna o procedura					
Spogliatoio freddo					
Armadietto doppio					
<b>ZONA FILTRO</b> (caratteristiche - adeguato)					
Spogliatoio caldo					
Monitorare mani/piedi/indumenti (a monte dello spogliatoio caldo)					
Doccia - Comandi a "gomito"/"piede"					
Lavandino - Comandi a "gomito"/"piede"					
<b>Dosimetri personali</b> (tipo)					
Deposito "sporco" dedicato (rifiuti speciali)					
Kit doccia (considerazioni sulla privacy)					

II - Accettazione ed Accesso al reparto - Pazienti

	SI	NO	Verifica	R	N°
<b>Accettazione del paziente</b>					
Accettazione pazienti (dentro o fuori il reparto)					
Eventuale Spogliatoio (dentro o fuori il reparto)					
Sala d'attesa ( <b>fredda</b> )					
<b>Compilazione del modulo per l'anamnesi</b>					
Sala anamnesi dedicata					
Questionario al paziente					
Modulo per il consenso informato					
Modulo per il consenso informato per gli accompagnatori					
Foglio informativo con le raccomandazioni da seguire al termine dell'esame					
<b>Accesso regolamentato</b> (sistema di chiusura)					
Eventuali accessi secondari (n°:___)					
Cartellonistica rischio RI					
" restrizione d'accesso					
Citofono/campanello - etichetta					

Ila - Percorso Pazienti

	SI	NO	Verifica	R	N°
<b>Percorso dedicato ai pazienti</b>					

**Modalità di preparazione del paziente**

<b>Locale/Area*</b> somministrazione - <b>camera calda</b>					
Caratteristiche superfici - senza soluzione continuità					
<b>Sala d'attesa calda</b>					
Pazienti trattati presenti (n°:___)					
Gamma camere (n°:___) (razionalizzazione dei percorsi)					
WC/WHC (circuito verso vasche di decantazione)					
Procedura per il recupero degli effetti personali					

**Modalità di soccorso in emergenza**

<b>Locale/area*</b> di emergenza					
<b>Facilità</b> d'accesso					
Custodia dei farmaci per rianimazione					
Gas medicali ( <b>distribuzione a muro/bombole*</b> )					
Dotazione di emergenza					

III - Operazioni / Valutazioni sulla Sicurezza

	SI	NO	Verifica	R	N°
Presenza di altri laboratori accessibili dal reparto					
<b>Copia</b> del regolamento di sicurezza - completo					
<b>Elenco</b> del personale autorizzato					
<b>Affissione</b> Procedure <b>Emergenza</b> - maggiori rischi - contatti dell'E.Q. incaricato, nominativo dei suoi delegati (1 per turno)					

**Locale RADIOFARMACIA**

<b>Movimentazione</b> del radio farmaco - Ingresso dall'esterno					
<b>Elenco</b> del personale incaricato del trasporto (ditte e vettori)					
Cella di manipolazione dosatura farmaco					
<b>Preparazione</b> in dosi del farmaco					
- procedura (glove box...)					
- impianto di ventilazione					
- sistema di aspirazione (cappa...)					
Caratteristiche superfici - senza soluzione di continuità					
Dotazione in caso di contaminazione - kit decont.					
Operazioni di <b>manipolazione</b>					
- procedure / presidi di radioprotezione					
Contenitore per rifiuti speciali					



## Verifica dei requisiti D.Lgs. 81/2008

1. Norme generali di prevenzione			Sanzioni	
E' stato nominato dal datore di lavoro(ddl) il RSPP? <i>Art.17 c.1 lett.b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
Se è il ddl, svolge direttamente tale funzione e ha frequentato il corso di formazione?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
E' presente il documento/autocertificazione che contempli tutti i rischi presenti nell'attività? <i>Art. 17 comma 1a</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
			<i>Arresto da 4 a 8 mesi</i>	
La valutazione è stata fatta in collaborazione con RSPP e M.C. nei casi previsti dall'art. 41? <i>Art. 29 comma 1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
			<i>Sanzione Amministrativa</i>	<i>Da 2000 a 4000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3</i>
E' redatto secondo le modalità di cui all'art 29 c.2,3?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 2000 a 4000 euro</i>
E' stato nominato il Medico Competente? <i>Art.18 c.1 lett a)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 1.500 a 6.000 euro ¼ 1.500 euro</i>
Sono state prese idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori? <i>Art. 46 c.2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
Sono stati designati i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze ( Antincendio - primo soccorso)? <i>Art.18 c.1 lett. b - Art. 43 c.1 lett. b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 750 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro</i>
Sono state presi i necessari provvedimenti in materia di primo soccorso? <i>Art. 45 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 750 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro</i>
I lavoratori addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso sono stati opportunamente formati? <i>Art. 37 c.9</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
I lavoratori sono stati informati? <i>Art. 36 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>
I lavoratori sono stati formati e se del caso addestrati? <i>Art. 37 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				<i>Da 1.200 a 5.200 euro ¼ 1.300 euro</i>

Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali)? (Obbligatorio in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione) <i>art.26 c.3</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.500 a 6.000 euro ¼ 1.500 euro
E' stato nominato dai lavoratori il RLS ?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
Da parte del ddl sono stati ottemperati gli obblighi di verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'attività? <i>Art. 26 c.1 lett. a)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
<b>2. Luoghi di lavoro</b>				
I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV ? <i>Art. 64</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
Le vie di circolazione interne o esterne che conducono ad uscite di emergenza sono mantenute libere allo scopo di consentirne l'uso agevole? <i>Art. 64 c. lett.b</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare manutenzione tecnica ? <i>Art. 64 c.1 lett.c)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengono sottoposti a regolare pulizia? <i>Art 64 c.1 lett. d)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento? <i>Art 64 c.1 lett. e)</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
Sono destinati al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei? <i>Art. 65 c.1</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro
Nel caso di utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei il ddl ha provveduto ad assicurare idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima? <i>Art. 65 c.2</i>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 1.000 a 4.800 euro ¼ 1.200 euro

<b>3. Attrezzature di lavoro</b>				
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? <b>Art. 71 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
Il ddl ha preso misure in modo che le attrezzature fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione, provviste di istruzioni d'uso e libretto di manutenzione? <b>Art. 71 c.4</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere? <b>art 71 c.1 comb. e disp.art.80 c.1,2,3 e art 81 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Vedi T.U.
L'impianto elettrico è stato sottoposto periodicamente a controllo secondo quanto previsto dal pr 462/01 e 37/08? <b>art 71 c.1 comb. e disp.art.86 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>	
				Da 500 a 1.800 euro 600 euro
L'esito delle verifiche è a disposizione dell'autorità di vigilanza? <b>art 86 c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>SANZIONE AMMINISTRATIVA</i>	
				Da 500 a 1.800 euro 600 euro
<b>4. Segnaletica di sicurezza</b>				
Il ddl ha provveduto ad installare idonea e specifica segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli All. da XXIV a XXXII? <b>art 163</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
<b>5. Movimentazione manuale dei carichi</b>				
Il ddl in presenza del rischio da MMC ha rispettato tutti gli obblighi previsti? <b>art 168 c.1, c.2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
<b>6. Videoterminali</b>				
Il datore di lavoro ha provveduto ad adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla effettuata valutazione nonché ha provveduto ad organizzare e predisporre posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'all.XXXIV? <b>art 174 c.2, c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>art 176 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>art 177 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<i>NOTE</i>	<i>AMMENDA</i>
				Da 750 a 4000 euro ¼ 1.000 euro

7. Rumore e vibrazioni				
Il datore di lavoro ha provveduto a valutare l'esposizione dei lavoratori al rischio rumore durante il lavoro? <b>art 190 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>art 196</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>Art. 195</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
E' stato elaborato ed applicato un programma di misure tecniche organizzative e procedurali volte a ridurre l'esposizione a rumore qualora risulti il superamento dei valori inferiori di azione? <b>Art. 192 c.2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
E' stata effettuata la valutazione dei rischi vibrazioni garantendo il preciso rispetto degli obblighi derivati? <b>Art. 202 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del M.C.? <b>Art. 204 (si rimanda all'art.18 c.1 lett. g)</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Sanzione Amministrativa Da 2.000 a 4.000 euro
I lavoratori addetti sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>Art. 203</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro
8. Sostanze pericolose				
Il ddl ha valutato preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi? <b>Art. 223 c.1, c.2, c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
Sono state adottate misure specifiche di protezione e prevenzione? <b>Art. 225</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
			D.d.L.	Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro
			Preposto	Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro
Il ddl ha valutato l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni? <b>Art. 236 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NOTE	AMMENDA
				Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro

Sono state adottate le misure preventive e protettive? <b>Art. 236 c.3</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
			<i>D.d.L.</i>	<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
			<i>Preposto</i>	<i>Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro</i>
Sono state adottate misure tecniche organizzative e procedurali? <b>Art. 237</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
I lavoratori sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MMC? <b>Art. 242</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
				<i>Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro</i>
I lavoratori sono stati sottoposti ad adeguata formazione? <b>Art. 239 c.2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.000 a 4.000 euro ¼ 1.000 euro</i>
				<i>Da 250 a 1.000 euro ¼ 250 euro</i>
<b>9. Agenti biologici</b>				
E' stato comunicato all'organismo di vigilanza territoriale l'esercizio di attività che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3? <b>Art. 269 c. 1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 800 a 2.000 euro ¼ 500 euro</i>
Sono state adottate misure tecniche organizzative e procedurali per gli agenti biologici? <b>Art. 272</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
			<i>D.d.L.</i>	<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
			<i>Preposto</i>	<i>Da 400 a 1.600 euro ¼ 400 euro</i>
I lavoratori sono stati opportunamente formati? <b>Art. 278 c. 2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
I lavoratori esposti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MC? <b>Art. 279 c. 2</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>
Il ddl ha provveduto ad iscrivere sul registro degli esposti i lavoratori addetti all'uso di agenti del gruppo 3 e 4. <b>Art. 280 c.1</b>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<b>NOTE</b>	<b>AMMENDA</b>
				<i>Da 2.500 a 6.400 euro ¼ 1.600 euro</i>

Documentazione autorizzativa e di sicurezza da richiedere:

- Copia della comunicazione preventiva di pratica ex art 22 D.Lgs 230/95 o di detenzione ex art 92 DPR 185/64 relativa a ciascuna apparecchio sorgente di radiazione ionizzante
- Planimetria a corredo delle comunicazioni suddette
- Dati Dosimetrie personali registrati dall'EQ
- Strumentazioni di misura
- Lazio : L.R.n.4/2003: autorizzazione dei locali
- Lazio :L.R. N. 21/ 2004: nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio
- Registro infortuni
- Designazione rspp
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di rspp
- Nomina del medico competente
- Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
- Registro delle visite mediche (elenco lav. sottoposti dal M.C. a sorv. sanitaria)
- Cartelle sanitarie personali
- Designazione addetti alla lotta antincendi, gestione incendi, ed evacuazione
- Designazione addetti alla gestione del pronto soccorso
- Attestati avvenuta formazione alla gestione del primo soccorso
- Attestati avvenuta formazione degli addetti alla gestione di emergenza, gestione incendi ed evacuazione
- Verbale di avvenuta formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta
- Verbale di elezione del RLS
- Documentazione con la quale l'azienda dimostra di aver informato i lav. del loro diritto di eleggere il RLS
- Attestato del corso di formazione del RLS
- Documento di valutazione del rischio o autocertificazione
- Piano di gestione dell'emergenza
- Libro unico
- Ricevuta di consegna dei D.P.I, firmate dai lavoratori riportanti la tipologia
- Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta di comunicazione all'ISPESL
- Progetto dell'impianto elettrico se obbligatorio
- Verbale di verifiche periodiche degli impianti elettrici
- Attestazione di interventi manutentivi su macchine impianti e attrezzature
- Libretto d'uso e manutenzione di macchine e attrezzature
- Verbale di avvenuta formazione e/o istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
- Valutazione del rischio chimico
- Valutazione del rischio rumore
- Valutazione del rischio vibrazioni
- DUVRI
- Organigramma aziendale ed eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro
- Altro.....
- .....
- .....
- .....

**Gli Operatori**

---

---

---